

Anwendung & Reinigung von Aerosol-Geräten

Damit Ihr Gerät möglichst lange die gewünschte Leistung erbringt, empfehlen wir eine sachgemässe Anwendung und regelmässige Reinigung.

HospiNeb Flaem

1. Vernebler (hier bitte Medikament einfüllen)
2. Mundstück (mit der Lippe bei der Ein- und Ausatmung umschliessen)
3. Inhalationsmaske Erwachsener
4. Inhalationsmaske Kind
5. Verbindungsschlauch Gerät – Vernebler
6. Anschluss Verbindungsschlauch
7. Ein- und Aus



Korrekte Inhalation



Reinigung & Hygiene



Gerätewartung

Sie erhalten jedes Jahr eine Einladung zur Wartung. Dies wird von Ihrer Krankenkasse nicht übernommen, wir empfehlen die Wartung jedoch durchzuführen. Somit ist ein korrekter und genügender Gerätedruck gewährleistet. Ebenfalls können Sie bei diesem Termin ein neues Inhalationsset (Vernebler, Mundstück oder Inhalationsmaske) beziehen.

→Fragen?

Haben Sie Fragen zu Ihrer Therapie oder Ihrem Gerät? Dann wenden Sie sich bitte an die Lungenliga Thurgau oder an Ihre Ärztin, Ihren Arzt.

Weitere Informationen zu Lungen- und Atemwegskrankheiten sowie zum Therapie- und Kursangebot finden Sie unter

www.lungenliga-tg.ch
info@lungenliga-tg.ch
 Tel. 071 626 98 98



Richtige Anwendung & Reinigung von Aerosol-Geräten

1. Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.
2. Stecken Sie das **Mund- oder Maskenstück** auf den Vernebler.
3. Schliessen Sie den **Anschlusschlauch** an den **Vernebler** sowie an den **Kompressor (Gerät)** an.
4. Entfernen Sie den Deckel vom Vernebler und füllen Sie die **verordnete Menge an Medikation**, welcher Ihr Arzt verordnet hat, hinein. (Beachten Sie, dass die minimale Füllmenge von 2ml und die maximale Füllmenge von 8ml nicht überschritten werden). **Verschliessen Sie danach den Deckel** wieder auf den Vernebler. Sie können den Vernebler für diesen Vorgang auch an die dafür vorgesehene Halterung am Gerät stecken.
5. Setzen Sie sich **aufrecht und entspannt** hin, schalten Sie den Kompressor (Gerät) ein und vergewissern Sie sich, dass Aerosol erzeugt wird. Nehmen Sie das **Mundstück zwischen die Zähne**, umschliessen Sie es mit Ihren Lippen und **atmen Sie durch den Mund entspannt ein und aus**.
6. Führen Sie die Inhalation **so lange durch, bis sich das Geräusch im Vernebler ändert**. Schalten Sie den Kompressor am Ende der Therapie aus. Es bleibt nach Therapieende eine kleine Menge Flüssigkeit im Vernebler.
7. **Reinigung vom Vernebler**
 - Nach jeder Anwendung alle Teile vom **Vernebler mit warmem Wasser reinigen**. Auf einem sauberen Tuch trocken lassen. Vor dem Zusammenbauen müssen alle Teile vollständig trocken sein.
 - Wir empfehlen, den **Vernebler mind. 1x die Woche zu desinfizieren** (15 min. in einer ausreichenden Menge kochendem Wasser) und bei Bedarf zu entkalken.



Maskenstück

